



## Gaswarngeräte RIKEN KEIKI



### Wartung für beide Serien am Lager NORDWEST:

Wartung: Wir empfehlen hier den Kunden den Vorgaben der BG zu folgen (z.B. T021 und T023) und nach diesen Vorgaben die Geräte entsprechend den dort genannten Zeiträumen entsprechend zu prüfen, zu kalibrieren und zu dokumentieren von den entsprechend geschulten Mitarbeitern (w/m)

Die Wartung der Geräte nach Vorgaben der BG können wir generell selber bei uns im Hause durchführen oder unsere Servicetechniker führen das nach Aufwandsberechnung bei dem Kunden durch.

Ebenso haben wir ein Deutschlandweites Netz an geschulten / zertifizierten Servicepartnern, an welche sich der Kunde sehr gerne wenden kann.

### Wartung Besonderheit der Serie GX-3R und GX-3R Pro

Diese Überprüfung sollte mit der Dockingstation SDM-3R 63 und der dazugehörigen Software (zwecks Dokumentation) erfolgen.

Hier bieten wir unseren Kunden auch die entsprechenden Prüfgase an, in 2 unterschiedlichen Volumina.

### Inbetriebnahme Serie 03:

In der Bedienungsanleitung auf den Seiten 12-13 können sie erkennen, wie die Geräte vor dem Einsatz eingestellt und / oder geprüft werden sollen.

Für die Kalibrierung der Serie 03 wird zusätzlich ein entsprechendes Prüfgas mit dem entsprechenden Adapter benötigt.

### Inbetriebnahme Serie GX-3R und GX-3R Pro

Diese Geräteserien sollten vor dem Einsatz ebenfalls geprüft werden, es handelt sich hier um den sogenannten *Bumptest*.

Dieser kann / sollte z.B. in einer entsprechenden Dockingstation durchgeführt werden, kann aber auch durchgeführt werden ohne Dockingstation (siehe Betriebsanleitungen).